

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης



Παράρτημα F2/5 του Πιστοποιητικού Αρ. 751-3

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

του

Εργαστηρίου Μετρήσεων και Διακρίβώσεων

της

ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

για τη διενέργεια διακρίβώσεων

Μέγεθος / Αντικείμενο Διακρίβωσης	Περιοχή Μέτρησης	Μετρητική Ικανότητα Διακρίβώσεων (k=2) *	Παρατηρήσεις
Μετρήσεις ταχύτητας ανέμου			
Ταχύτητα αέρα / κυπελλοφόρα ανεμόμετρα	4 m/s ... 16 m/s	0,10 m/s	Εσωτερική μέθοδος TDC-07-01 βασισμένη στο: MEASNET VER.2/2009

* Όπου η αβεβαιότητα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης, είναι απόλυτη, ενώ όπου δεν συνοδεύεται από μονάδα, είναι σχετική.

Τόπος αξιολόγησης: 1^ο χλμ. Θέρμης – Αεροδρομίου «Μακεδονία», 570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη.

Μόνιμες Εγκαταστάσεις Εργαστηρίου Διακρίβωσης: Παλαιά Συμμαχική Οδός Διαβατών Ωραιοκάστρου (όπισθεν Στρατοπέδου Αναγνωστοπούλου) – 570 08 Ιωνία Θεσσαλονίκης.

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής: Γκανιάς Αθανάσιος, Κατσανεβάκης Αθανάσιος, Παπατόλιος Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Γεώργιος, Κατσανεβάκη Ελένη.

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 30.05.2019.
Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ.751-3, κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, ισχύει μέχρι τις 19.06.2023.

Αθήνα, September 20th, 2019



Κωνσταντίνος Βουτσινάς
Προθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.